



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 октября 2023 года № РЗН 2023/21403

На медицинское изделие
Набор изделий инъекционных GLIDELINE® для косметологии, стерильный
по ТУ 32.50.13-004-04866216-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "АПТОС"
(ООО "АПТОС"), Россия,
115088, Москва, пр-д Угрешский 3-й, д. 8, стр. 9, этаж 1, пом. 10А

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "АПТОС"
(ООО "АПТОС"), Россия,
115088, Москва, пр-д Угрешский 3-й, д. 8, стр. 9, этаж 1, пом. 10А

Место производства медицинского изделия
ООО "АПТОС", Россия, 115088, Москва, пр-д Угрешский 3-й, д. 8,
стр. 9, этаж 1, пом. 10А

Номер регистрационного досье № РД-57105/55775 от 26.07.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 24 октября 2023 года № 7378
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0074449

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 октября 2023 года № РЗН 2023/21403

Лист 1

На медицинское изделие

Набор изделий инъекционных GLIDELINE® для косметологии, стерильный по ТУ 32.50.13-004-04866216-2022, варианты исполнения:

1. Канюля U-типа GLIDELINE® с иглой для прокола арт. C2150 N2038- 25, в составе:
- канюля размером 21G (0,8 мм) TW x 50 мм с иглой размером 20G (0,9 мм)
TW x 38 мм - 25 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
2. Канюля U-типа GLIDELINE® с иглой для прокола арт. C2170 N2038- 25, в составе:
- канюля размером 21G (0,8 мм) TW x 70 мм с иглой размером 20G (0,9 мм)
TW x 38 мм - 25 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
3. Канюля U-типа GLIDELINE® с иглой для прокола арт. C2250 N2125- 25, в составе:
- канюля размером 22G (0,7 мм) TW x 50 мм с иглой размером 21G (0,8 мм)
TW x 25 мм - 25 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
4. Канюля U-типа GLIDELINE® с иглой для прокола арт. C2270 N2125- 25, в составе:
- канюля размером 22G (0,7 мм) TW x 70 мм с иглой размером 21G (0,8 мм)
TW x 25 мм - 25 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
5. Канюля U-типа GLIDELINE® с иглой для прокола арт. C2550 N2319- 25, в составе:
- канюля размером 25G (0,5 мм) TW x 50 мм с иглой размером 23G (0,6 мм)
TW x 19 мм - 25 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
6. Канюля U-типа GLIDELINE® с иглой для прокола арт. C2570 N2319- 25, в составе:
- канюля размером 25G (0,5 мм) TW x 70 мм с иглой размером 23G (0,6 мм)
TW x 19 мм - 25 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

≈

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0128061